

Э - КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ  
Заместитель руководителя  
Федеральной службы по аккредитации



**Д. А. МАКАРЕНКО**

~~А.Г. Литвак~~

Подпись

инициалы, фамилия

030718

Приложение

к сертификату аккредитации в части расширения

№ РОСС RU.0001.511381

на 1 листе, лист 1

### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью Группа Компаний «НАМ-Групп»

наименование испытательной лаборатории (центра)

606443, Нижегородская область, г. Бор, территория ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод», ш. Стеклозаводское, д.18, корп.1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «ДАГ-16»	Промышленные выбросы в атмосферу	—	—	Кислород (O <sub>2</sub> )	(0,2 – 20,9) %
					Коэффициент избытка воздуха	1,0 – 9,9
					Температура газа	от –20 °С до +800 °С
					Температура воздуха	от –20 °С до +60 °С
2	МУ № 4588-88	Производственная (рабочая) среда			Серная кислота	(0,5 – 5,0) мг/м <sup>3</sup>
3	МУК 4.1.1342, п. 4.1	Воздух рабочей зоны Химические факторы			Гидрофторид	(0,05 – 1,6) мг/м <sup>3</sup>

Директор ООО Группа Компаний «НАМ-Групп»



А.Ю. Царев